

Specifikace poptávaných výrobků

Myčka podložních mís:

- Samostatně stojící.
- Minimálně devět fixních a dvě rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění.
- PSD systém zajišťuje úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu.
- Bezpečná a rychlá termální dezinfekce nádob parou přiváděnou do komory.
- Sušení a zchlazení horkých toaletních nádob vestavěným ventilátorem s Hepa filtrací vzduchu (H13) odstraňující možnou bakteriální kontaminaci (eliminující riziko přenosu infekce v souladu s EN ISO 15883-1).
- Postavena tak, aby splňovala evropský standard EN ISO 15883.
- Hladká hygienická nerezová komora bez svárů, záhybů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a bakterií.
- Nerezový rám v přední a horní části kryt plastem kvůli snadné údržbě a lepším termoizolačním vlastnostem.
- Minimálně dva programy: jeden pro močové lahve a jeden pro podložní mísy nebo toaletní nádoby.
- Kontrolní displej pro personál.
- Chladicí ventilátor ochlazující nádoby.
- Zamčená komora během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování.
- Spotřeba vody v rozmezí 12 – 20l/cyklus v závislosti na typu cyklu.
- Spotřeba energie max. 0,16 kWh/cyklus.
- Úroveň hluku max. 55 dB.

Požadujeme celkem 8ks myček podložních mís.

Z pohledu stavební připravenosti požadujeme:

- 4ks myček s odpadem do stěny 110mm
- 4ks myček s odpadem do podlahy 110mm

V Ostravě dne 16. 2. 2026

Mgr. Jan Seidler, ředitel Domova Korýtko

Mgr.
Jan
Seidler

Digitálně
podepsal Mgr.
Jan Seidler
Datum:
2026.02.16
15:12:24 +01'00'